



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJ

Rawa Mazowiecka, dn. 21.01.2021 r.

Dotyczy: konkursu ofert **na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywania usług badań laboratoryjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej** o numerze sprawy KOUŚM / 01 /2021

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej informuje że w postępowaniu konkursu ofert **na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywania usług badań laboratoryjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej** wpłynęły zapytania i Zamawiający udzielił odpowiedzi i wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Proszę o doprecyzowanie i wyjaśnienie szczegółowe poniższego zapisu SWKO:

2.15. Wykonawca zapewnia w godzinach pracy co najmniej jednego diagnostę laboratoryjnego , który jest wpisany na listę diagnostów laboratoryjnych i posiada aktualne prawo wykonywania zawodu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami SWKO pkt. **V Oferta – podpkt. 2.6** – do oferty należy dołączyć „Wykaz personelu przewidzianego do realizacji zamówienia wraz zaświadczeniami z Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych potwierdzające prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego” , co jest zgodne z zapisem pkt. **II Przedmiot konkursu podpkt. 2.15**, że *wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w godzinach pracy co najmniej jednego diagnostę laboratoryjnego , który jest wpisany na listę diagnostów laboratoryjnych i posiada aktualne prawo wykonywania zawodu.*

Podkt. 2.25 *Wyniki badań muszą być autoryzowane przez diagnostę posiadającego stosowne uprawnienia.*

Podpkt 2.26 *Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia personelu, który posiada kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2016r., poz. 2245) i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać medyczne laboratoria diagnostyczne (Dz. U. z 2004r., nr 43, poz.408 z późn. zm.) oraz zapewni właściwą jakość świadczonych usług*

Ponadto zgodnie z warunkami udziału określone w pkt. VII „*Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują niezbędnym potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia*” podpkt. b) *dysponuje niezbędnym do wykonania usługi potencjałem kadrowym tj. personelem posiadającym kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia w tym w szczególności personelu, który posiada kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2016r., poz. 2245):*

- *diagnosta laboratoryjnym o specjalizacji laboratoryjnej diagnostyce medycznej - co najmniej 1 osoba,*

- *diagnosta laboratoryjnym o specjalizacji z laboratoryjnej mikrobiologii medycznej – co najmniej 1 osoba*

96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Niepodległości 8

Adres do korespondencji: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, Budynek administracji, sekretariat, Adres: ul. Warszawska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka

NIP: 835-132-87-53, Regon: 750081271, KRS: 0000174011

Tel. +48 729-059-534, e-mail: agulska@szpitalrawa.pl

Pytanie nr 2

Proszę o wyjaśnienie, czy Udzielający Zamówienie miał na myśli zapewnienie aparatów zastępczych w siedzibie Przyjmującego Zamówienie w razie awarii sprzętu u Udzielającego.

Odpowiedź:

Udzielający zamówienie miał na myśli **posiadanie** aparatów zastępczych przez przyjmującego zamówienie.

Pytanie nr 3

Proszę o doprecyzowanie poniższego zapisu SWKO i wyjaśnienie, co Udzielający Zamówienie miał na myśli wskazując zapis o wynajmowanym laboratorium.

1.2 podpunkt c) Dysponuje wyposażeniem, które zostanie umieszczone w wynajmowanym laboratorium i będzie spełniało wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać medyczne laboratoria diagnostyczne (Dz. U. z 2004r., nr 43, poz.408 z późn. zm.) a w szczególności jest dopuszczone do użytku na terenie RP i posiadającym certyfikat CE - dotyczy sprzętu wykorzystywanego przy wykonywaniu badań będących przedmiotem zamówienia

Odpowiedź:

Udzielający zamówienie miał na myśli: „Dysponuje wyposażeniem, które będzie spełniało wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać medyczne laboratoria diagnostyczne (Dz. U. z 2004r., nr 43, poz.408 z późn. zm.) a w szczególności jest dopuszczone do użytku na terenie RP i posiadającym certyfikat CE - dotyczy sprzętu wykorzystywanego przy wykonywaniu badań będących przedmiotem zamówienia

Pytanie nr 4

Proszę o informację czy w pozycji 61 na pewno chodzi o metabolit 1,25 Witaminy D
Witamina D metabolit 1,25(OH)₂

Odpowiedź:

Udzielający zamówienie potwierdza, prawidłowa ilość to 15 badań.

Pytanie nr 5

Proszę o informację czy w pozycji 61 na pewno chodzi o metabolit 1,25 Witaminy D.

	<u>Witamina D</u>
<u>61</u>	<u>metabolit</u>
	<u>1,25(OH)₂</u>

Odpowiedź:

Udzielający zamówienie potwierdza, prawidłowa ilość to 15 badań.

Pytanie nr 5

II. Przedmiot Konkursu

Poz. 2.31 – „Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię umowy zawartą z Podwykonawcą.”

Prosiłbym o doprecyzowanie, czy kopie umów należy załączyć do dokumentów konkursowych, czy też w przypadku wyboru naszego podmiotu jako najkorzystniejszego na życzenie zamawiającego udostępnimy takowe dokumenty. Może w tym przypadku wystarczy oświadczenie do zobowiązania się do udostępnienia w/w dokumentów po zakończeniu procedury konkursowej na życzenie klienta.

Z uwagi na trudność w dostępie do co po niektórych usług w dobie pandemii nie jest możliwym aby takie informacje zostały udostępnione pozostałym oferentom.

Oczywiście powyższe dokumenty mogą zostać przekazane w formie osobnego zbioru stanowiącego tajemnicę przedsiębiorstwa.

96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Niepodległości 8

Adres do korespondencji: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, Budynek administracji, sekretariat, Adres: ul. Warszawska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka

NIP: 835-132-87-53, Regon: 750081271, KRS: 0000174011

Tel. +48 729-059-534, e-mail: agulska@szpitalrawa.pl

Odpowiedź:

Udzielający zamówienie/Zamawiający wyjaśnia, że do oferty konkursowej nie jest wymagane dołączenie kopii umowy zawartej z podwykonawcą.

Po podpisaniu umowy *na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywania usług badań laboratoryjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej*, Zamawiający może zwrócić się przekazanie kopii umowy zawartej z podwykonawcą.

W formularzu ofertowy Przyjmujący zamówienie/Wykonawca składa oświadczenie o treści: *Oświadczamy, iż przewidujemy/nie przewidujemy* powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia w części*

Pytanie nr 6

W SWKO rozdziale II. Przedmiot konkursu w pkt. 2.20 Przyjmujący zamówienie na swój koszt dokona połączenia/integracji na zasadzie komunikacji dwukierunkowej LIS Zamawiającego z LIS Wykonawcy zapewniającego również dostęp do wyników archiwalnych. Bardzo proszę potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje jedynie dostępu do archiwalnych wyników badań w ramach nawiązanej współpracy, nie zaś do wyników badań z poprzednich lat wykonanych u innego wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że dotyczy to tylko i wyłącznie badań wykonywanych u Przyjmującego zamówienie wybranego w ramach toczącego się właśnie postępowania konkursowego.

Z poważaniem

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Rawie Mazowieckiej
Małgorzata Weszczyńska