

Rawa Mazowiecka, dnia 13 października 2025 roku
Do wiadomości
-wszyscy uczestnicy-

Dotyczy: zapytania ofertowego „Dzierżawa analizatora do badań z zakresu serologii wraz z dostawą odczynników”.

Zamawiający poniżej publikuje odpowiedzi do pytań, które wpłynęły do zapytania ofertowego „Dzierżawa analizatora do badań z zakresu serologii wraz z dostawą odczynników”:

1. Dotyczy Zapytanie ofertowe, II. Przedmiot zapytania ofertowego, pkt 6 oraz Załącznik 1 pkt 3 oraz Załącznik nr 3, § 7, ust. 2

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuści zaferowanie podchlorynu sodu z terminem ważności minimum 2 miesiące.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Dotyczy Zapytanie ofertowe, II. Przedmiot zapytania ofertowego, pkt 8 oraz Załącznik nr 3, § 1, ust. 3

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że wymóg dopuszczenia do obrotu, dopuszczenia do używania, posiadania stosownych dokumentów oraz spełniania wymagań zasadniczych wynikających z ustawy o wyrobach medycznych oraz rozporządzenia dotyczy tylko produktów, dla których jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i nie dotyczy produktów sklasyfikowanych jako ogólnolaboratoryjne takich jak: pipety, statyw, końcówki do pipet, dozownik do roztworu LISS oraz preparatu do dezynfekcji analizatora.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3. Dotyczy Załącznik nr 3, § 5, ust. 4

W odniesieniu do zapisu umowy dotyczącego obowiązku dostarczenia pakietu startowego umożliwiającego instalację i walidację analizatorów (bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu), uprzejmie prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuszcza odstępnie od tego wymogu w sytuacji, gdy oferowany w postępowaniu analizator jest tożsamy z urządzeniem już eksploatowanym przez Zamawiającego i nie wymaga ponownej instalacji ani walidacji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

4. Dotyczy Zapytanie ofertowe oraz Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

W związku z zapisami opisu przedmiotu zamówienia oraz koniecznością potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów technicznych przez oferowane urządzenie, uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza przedstawienie dokumentów producenta (np. instrukcji obsługi, kart katalogowych), które nie zawierają dosłownego odwzorowania brzmienia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym, lecz jednoznacznie potwierdzają ich spełnienie – nawet jeśli posługują się inną terminologią lub odmiennym sposobem opisu funkcji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

5. Dotyczy Zapytanie ofertowe oraz Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza, aby potwierdzenie parametrów techniczno-użytkowych, warunków granicznych, parametrów ocenianych oferowanego przedmiotu zamówienia było potwierdzone zapisami innymi niż w katalogach, folderach, instrukcji producenta tj. oświadczenia wykonawcy potwierdzające spełnianie danego parametru wymaganego, wydruki z analizatora, itp.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

6. Dotyczy Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego, Parametry ogólne, pkt 4

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania automatycznego analizatora, który wykonuje całą procedurę badania przy zastosowaniu mikrometod z użyciem technologii mikrokolumnowej. Chodzi o urządzenie realizujące pełny proces analityczny — od pobrania materiału z próbki, poprzez przeprowadzenie badania metodą aglutynacji krwinek czerwonych, aż do wygenerowania i interpretacji wyniku.

Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że po zakończeniu analizy operator dokonuje walidacji wyniku, a następnie przekazuje go do istniejącego systemu informatycznego laboratorium (Infomedica), zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

7. Dotyczy Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego, Parametry ogólne, pkt 11

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że zapis „Analizator wyposażony w system otwierania do każdego rodzaju kaset zabezpieczający przed kontaminacją” należy rozumieć jako rozwiązanie, w którym igła

stanowi uniwersalny mechanizm otwierający, dedykowany do nakłuwania wszystkich rodzajów kart/kaset, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony przed kontaminacją?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

8. Dotyczy Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego, Parametry ogólne, pkt 15

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie, czy przez „kompatybilne z systemem głównym odczynniki” Zamawiający rozumie, że odczynniki stosowane w systemie backupowym muszą być konfekcjonowane w identyczny sposób jak w systemie automatycznym – tj. posiadać ten sam numer katalogowy, to samo opakowanie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

9. Dotyczy: Zapytanie ofertowe, V. Kryteria oceny oferty, Kryterium b.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przyznając 10 punktów rozwiązaniu opisanemu poniżej:

„Analityzator w 100% wykonujący mikrokolumny na kartach/kasetach, otwierający podczas badania pojedyncze kolumny i jednocześnie dozujący materiał badany” oczekuje zaoferowania rozwiązania polegającego na jednoczesnym otwieraniu mikrokolumny i bezpośrednio po tej czynności dozowaniu materiału badanego (proces polegający na zadozowaniu materiału badanego bezpośrednio po przekłuciu zabezpieczenia mikrokolumny - ta sama igła, otwierająca mikrokolumnę po przekłuciu folii zabezpieczającej dozuje materiał badany).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

10. Dotyczy: Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, Formularz cenowy

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że wyszczególnione w formularzu cenowym badania, uwzględniają ilości na codzienną kontrolę jakości.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

11. Dotyczy: Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, Formularz cenowy oraz Zapytanie ofertowe, II. Przedmiot zapytania ofertowego, pkt 2.1 oraz pkt 2.2

W odniesieniu do pozycji w formularzu cenowym:

- Kolumna b (Opis badania): *Grupa krwi z oznaczeniem antygenów ABO, antygen D (2 klony), izoaglutyniny, wykrywanie przeciwciał odpornościowych*
- Kolumna c (Nazwa badania): *Badanie przeglądowe w kierunku alloprzeciwciał odpornościowych*

Prosimy o potwierdzenie, czy w tej pozycji należy uwzględnić łączną liczbę badań wynoszącą **3248** zgodnie z Zapytaniem ofertowym, **II. Przedmiot zapytania ofertowego, pkt 2.1**, oraz dodatkowo **172 badania** zgodnie z **pkt 2.2**, co daje **łącznie 3420 badań** do wyceny w tej pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

12. Dotyczy: Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, Formularz cenowy Zapytanie ofertowe, II. Przedmiot zapytania ofertowego, pkt 2.3 i 2.4

W opisie badania, kolumna B: „Próba zgodności, kontrola antygenów ABD u biorców i dawców, badanie przeglądowe w kierunku alloprzeciwciał odpornościowych biorcy, właściwa próba krzyżowa w teście PTA-LISS”, w kolumnie C (Nazwa badania) Zamawiający dwukrotnie wskazał pozycję „Kontrola antygenów biorcy”.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o potwierdzenie, czy prawidłowy zapis powinien brzmieć:

- Kontrola antygenów biorcy – 364 oznaczenia,
- Kontrola antygenów **dawcy** – 838 oznaczeń.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

13. Dotyczy Zapytanie ofertowe, II. Przedmiot zapytania ofertowego, pkt 13 oraz Załącznik nr 3, § 6, ust. 5

Ze względu na charakter oferowanego asortymentu uprzejmie prosimy o dopuszczenie realizacji dostaw zamówień zgodnie z harmonogramem rocznym (13 dostaw w ciągu roku), a zamówienia w trybie CITO będą realizowane w terminie 3 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

14. Dotyczy: Zapytanie ofertowe, V. Kryteria oceny oferty, Kryterium d.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że doszło do omyłki pisarskiej i zapis powinien brzmieć „Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium to 10 punktów, którą ustalono na **10 %**”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

15. Dotyczy Załącznik nr 3, § 1, ust. 4 i ust 5. oraz Załącznik nr 5, Warunki gwarancji i serwisu oraz szkolenie, pkt 2, 3 i 4

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że czas niezbędny do usunięcia awarii dotyczy dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

16. Załącznik nr 5, Warunki gwarancji i serwisu oraz szkolenie, pkt 1

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że czas reakcji serwisu dotyczy dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza – POD WARUNKIEM ZAPEWNIENIA MOŻLIWOŚCI KONTAKTU Z SERWISEM W DNI WOLNE OD PRACY.

17. Dotyczy Załącznik nr 3, § 1, ust. 4 i ust 5. oraz Załącznik nr 5, Warunki gwarancji i serwisu oraz szkolenie, pkt 2, 3 i 4

W związku z niekonskwencją zapisów, uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że doszło do omyłki i Zamawiający miał na myśli:

„W przypadku stwierdzenia awarii analizatora niemożliwej do usunięcia w ciągu **48 godzin** i niedostarczenia aparatu zastępczego, Wykonawca pokrywa różnicę kosztów związanych z wykonaniem badań zleconych w innym laboratorium.”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

18. Dotyczy Załącznik nr 3, § 1, ust. 4

Uprzejmie prosimy o odpowiedź czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczanie faktur za pomocą poczty elektronicznej e-mail.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

19. Dotyczy Załącznik nr 3, § 11, ust. 2

Uprzejmie prosimy o zmianę zapisu jak poniżej:

„2. Zamawiający może odstąpić od umowy, **po uprzednim wezwaniu wykonawcy do prawidłowej realizacji umowy**, ze skutkiem ex nunc z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przypadku:

- 1) dwukrotnej zawinionej przez Wykonawcę nieterminowej dostawy towaru (odczynników),
- 2) dwukrotnej dostawy wadliwego jakościowo przedmiotu umowy,
- 3) dwukrotnej dostawy zawierającej braki ilościowe w stosunku do zamówienia Zamawiającego,
- 4) dwukrotnej dostawy zawierającej niezgodności asortymentowe w stosunku do zamówienia Zamawiającego,
- 5) w razie naruszenia przez Wykonawcę każdego z obowiązków określonych w § 1 ust. 5 Umowy oraz w § 5 pkt 1), 2) i 3) umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis jak powyżej.

20. Dotyczy Załącznik nr 3, § 17, ust. 7 pkt. 2

Uprzejmie informujemy, że mając na uwadze termin realizacji umowy 12 miesięcy, zapis § 17, ust. 7 pkt. 2 nie ma zastosowania.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o zmianę zapisu na:

„2) Zmiany wysokości wynagrodzenia mogą zostać wprowadzone po upływie **6 miesięcy** od dnia podpisania umowy i mieć miejsce nie częściej niż jeden raz na 6 miesięcy.”

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis jak powyżej.

Ponadto Zamawiający modyfikuje zapis Załącznika nr 5 Opis przedmiotu zamówienia w punkcie 19, który otrzymuje brzmienie:

“Wirówka laboratoryjna do próbek z wyświetlaczem, możliwością ustawienia programów, zmiany czasu i prędkości wirowania. Próbkówki umieszczone w wirniku horyzontalnym z pojemnikami; ilość miejsc na próbkówki max. 64”

Zatwierdza:
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej
w Rawie Mazowieckiej

Marek Ryszka

..... SAMODZIELNEGO
/podpis Zamawiającego/ WOTNEJ
w Rawie Mazowieckiej
Marek Ryszka